

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Magnesium, Standard solution for ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐานแมกนีเซียม (magnesium) สำหรับใช้กับเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer
2. มีความเข้มข้นของแมกนีเซียม อยู่ในช่วง $1,000 \pm 10 \mu\text{g/mL}$
3. ละลายอยู่ในสารละลายกรดไนตริก (nitric acid)
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวด
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิตแนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 สามารถสับย่อนกลับได้ถึง NIST
5. ส่งมอบตามสถานที่ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวณัฐนาถ โคตรพรหม)


.....อนุกรรมการ
(นายสุรนนท์ น้อยอุทัย)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรชยะ)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ