

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Zinc, Standard solution for ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐานสังกะสี (zinc) สำหรับใช้กับเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer
2. มีความเข้มข้นของสังกะสี อยู่ในช่วง $1,000 \pm 10 \mu\text{g/mL}$
3. ละลายอยู่ในสารละลายกรดไนตริก (nitric acid)
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวด
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิตแนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 สามารถสับย้อนกลับได้ถึง NIST
5. ส่งมอบตามสถานที่ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..........ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวณัฐนาถ โคตรพรหม)

..........อนุกรรมการ
(นายสุรนนท์ น้อยอุทัย)

..........อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรัสชะ)

..........
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

..........
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ