

BQCL-C316/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารมาตรฐาน Gentamicin sulfate

BQCL-C316/2568
BQCL-C316/2569

- มีสูตรทางเคมี $C_{21}H_{43}N_5O_7 \cdot C_{20}H_{41}N_5O_7 \cdot C_{19}H_{39}N_5O_7 \cdot H_2SO_4$ เป็นชนิด Analytical Standard หรือ Reference Material หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
- มี CAS Number 1405-41-0
- การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันส่งมอบเก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
- ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

นางจณิ รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

..... อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมอินทร์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัญญา แก้วทิพย์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ