

BQCL-S260/2567

BQCL-S260/2568
BQCL-S260/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายมาตรฐาน Chromium สำหรับเครื่อง ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ Chromium ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer ชนิด Reference Material หรือ Certified reference material หรือ Reference Standard หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
2. มีความเข้มข้นของ Chromium (Cr) อยู่ในช่วง 990 - 1010 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. ละลายอยู่ในช่วงสารละลาย 2-5% Nitric acid
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบเก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
 - 4.4 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17034 หรือ DIN EN ISO 17034 หรือสามารถสอบกลับได้ถึง NIST
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

..... อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมอินทร์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรัญญา แก้วทิพย์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ