

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายมาตรฐาน Mercury สำหรับเครื่อง ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ Mercury ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer ชนิด Certified Reference Material หรือ Reference Material หรือ Reference Standard
2. มีความเข้มข้นของ Mercury (Hg) อยู่ในช่วง 990-1,010 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
3. ละลายอยู่ในสารละลาย 2-10 เปอร์เซนต์ Nitric acid
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ
 - 4.4 สามารถสอบกลับได้ถึง NIST
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาววรารักษ์ รักษาพล)

..... อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมอินทร์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรัญญา แก้วทิพย์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ