


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
pH Electrode สำหรับเครื่อง pH meter


BQCL-T200/2568
BQCL-T200/2569


1. เป็น electrode ชนิด combination pH electrode ตัว body electrode ทำด้วยอีพ็อกซี (epoxy body) ล้อมป้องกัน glass pH bulb
2. สามารถวัดค่า pH ในช่วง 0 - 14 ที่อุณหภูมิในช่วง 0 - 90 องศาเซลเซียส
3. สามารถใช้กับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion รุ่น 520A หรือรุ่น 410A หรือ 420A+ ที่มีอยู่เดิมได้
4. เอกสารและเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิเหมาะสมขณะขนส่งและส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับประกันคุณภาพ (certificate of guarantee) ของผลิตภัณฑ์
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานอนุกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)


..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... อนุกรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... อนุกรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ