

NIAH-C264/2567

NIAH-C264/2568

NIAH-C264/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สารละลายบัฟเฟอร์ pH  $4.01 \pm 0.020$

1. เป็นสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานใช้ในการสอบเทียบค่า pH meter electrode เพื่อให้สามารถวัดค่า pH ของสารละลายอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ
2. มีค่าอยู่ในช่วง pH  $4.01 \pm 0.020$
3. สารละลายมีสีแดง มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
4. เงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
  - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ  
(นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ)

..... อนุกรรมการ  
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... อนุกรรมการ  
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... อนุกรรมการ  
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... อนุกรรมการ  
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... อนุกรรมการ  
(นางกัญญพิชญา ธีระพันธ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2564

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ