

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ดีเอ็นเอ ขนาดมาตรฐานที่ติดสลากด้วยสารเรืองแสง

1. เป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอมาตรฐานสำหรับใช้วัดขนาดชิ้นส่วนดีเอ็นเอตัวอย่างที่มีขนาดอยู่ช่วง 35-500 นิวคลีโอไทด์
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอมาตรฐานที่ติดฉลากด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ ชนิดสีส้มหรือสีแดง จำนวน ไม่น้อยกว่า 16 ขนาด
 - 2.2 สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 3500 Series และ SeqStudio Series Genetic Analyzers ได้
 - 2.3 เหมาะสมกับงาน Microsatellites, Relative fluorescent quantitation และ Fragment length analysis
3. ขนาดบรรจุ 400 µL สามารถใช้ได้อย่างน้อย 800 ตัวอย่าง
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้งาน ให้คำแนะนำและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดในขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)

.....อนุกรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ