

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

## PCR tube ขนาด 0.2 mL ชนิดฝาโดม

1. เป็นหลอดทดลองชนิดใส สำหรับใส่สารละลายหรือตัวอย่าง ใช้สำหรับงานเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส (Polymerase chain reaction; PCR)
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
  - 2.1 หลอดเป็นแบบผนังบาง (Thin wall) กันแหลมพร้อมฝาปิดชนิดฝาโดม (Domed-Cap) ติดอยู่กับหลอด ทำให้ปิดสนิทแน่น ไม่หลุดง่าย ลดการระเหยของตัวอย่าง ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene ที่ทนต่อสารเคมีและสามารถนึ่งอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) ได้
  - 2.2 ปราศจาก Rnase, Dnase และสาร Pyrogen
  - 2.3 สามารถใช้ได้กับเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ที่มีอยู่เดิมได้
3. ขนาดบรรจุ 0.2 mL มีขีดบอกปริมาตรชัดเจนอยู่ข้างหลอด
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 มีเอกสาร Certificate of compliance แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
  - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



ประธานอนุกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชัยสกุล)



อนุกรรมการ


(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)



อนุกรรมการ

(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิษยาณี ภูมิพิทักษ์กุล)



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ