

BQCL-G074/2567

BQCL-G074/2568

BQCL-G074/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Bottle, PE, 30 mL

1. เป็นขวดพลาสติกทรงกระบอก มีขีดบอกปริมาตรด้านข้างขวดพร้อมฝาเกลียวปิด
2. ขวดและฝาทำจากพลาสติกชนิด PE
3. ขนาดความจุประมาณ 30 มิลลิลิตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 มิลลิเมตร และสูงประมาณ 70 มิลลิเมตร ฝาขวดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28 มิลลิเมตร
4. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานอนุกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




อนุกรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



อนุกรรมการ


(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ