

BQCL-G076/2567

BQCL-G076/2568

BQCL-G076/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Bottle, glass, screw cap, 2,000 mL


1. เป็นขวดแก้วใส ปากขวดมีลักษณะเป็นเกลียวมี Pouring ring พร้อมฝาเกลียวปิด
2. ขวดทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนฝาเกลียวและ Pouring ring มีขนาด GL45 ทำจากพลาสติกชนิด PP หรือ ETFE
3. ขวดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 136 มิลลิเมตร ความสูงประมาณ 260 - 270 มิลลิเมตร และขนาดความจุประมาณ 2,000 มิลลิลิตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ