

BQCL-G082/2567

BQCL-G082/2568

BQCL-G082/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Cylinder, Class A, TC, 100 mL

1. เป็นกระบอกตวง
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A ชนิด TC หรือ In
 - 2.2 ทำจากแก้ว Borosilicate
 - 2.3 ส่วนฐานมีลักษณะทกเหลี่ยม ลักษณะปากเป็นแบบ Spout
 - 2.4 มีขีดบอกปริมาตรความละเอียดไม่เกิน 1 มิลลิลิตร
 - 2.5 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน ± 0.5 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 4788
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ