

BQCL-G083/2567

BQCL-G083/2568

BQCL-G083/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Cylinder with polyethylene stopper, Class A, 1,000 mL


1. เป็นกระบอกตวง พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
 - 2.2 กระบอกตวงทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนจุกปิดทำจาก Polyethylene ที่สามารถปิดกระบอกตวงได้สนิทพอดี
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน
 - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน ± 6 มิลลิลิตร
3. ขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 4788
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ