

BQCL-G109/2567

BQCL-G109/2568

BQCL-G109/2568

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric pipette, Class A, 1 mL


1. เป็นปิเปตแบบปริมาตร
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
 - 2.2 ทำจากแก้ว Borosilicate
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน
 - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน ± 0.006 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของ Lot ที่ส่งมอบจากผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันส่งมอบสินค้า
 - 4.2 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM E969
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ