

BQCL-G118/2567

BQCL-G118/2568

BQCL-G118/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric flask, Class A, 100 mL

1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลาย พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A ชนิด TC หรือ In
 - 2.2 ขวดทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนจุกปิดทำจาก Polyethylene หรือ Polypropylene หรือ Teflon ที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน และมีแถบ (marking) สำหรับเขียนรายละเอียด
 - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Accuracy limit) ไม่เกิน ± 0.1 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1042 หรือ ASTM E288
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ