

BQCL-G120/2567


BQCL-G120/2568


BQCL-G120/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Volumetric flask, Class A, amber, 250 mL


1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลายสีชา พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
  - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
  - 2.2 ขวดทำจากแก้ว Borosilicate สีชา ส่วนจุกปิดทำจาก Polyethylene หรือ Polypropylene ที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
  - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน
  - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน  $\pm 0.15$  มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1042
  - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

  
..... ประธานอนุกรรมการ  
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

  
..... รองประธานอนุกรรมการ  
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

  
..... อนุกรรมการ  
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

  
..... อนุกรรมการ  
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

  
..... อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

  
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

  
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

  
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ