

BQCL-G121/2567

BQCL-G121/2568
BQCL-G121/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric flask, Class A, 3,000 mL

1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลาย พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
 - 2.2 ขวดทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนจุกปิดเป็นแบบ Pennyhead stopper ทำจากแก้วที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน และมีแถบ (marking) สำหรับเขียนรายละเอียด
 - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Accuracy limit) ไม่เกิน ± 1 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 3,000 มิลลิลิตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ