

BQCL-G134/2567

BQCL-G134/2568

BQCL-G134/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Pipette tip, 200 μ L


1. เป็น Pipette tip มีลักษณะรูปกรวยปลายเรียวแหลม
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้
 - 2.3 สามารถใช้งานร่วมกับ Micropipette ขนาด 20,100 และ 200 ไมโครลิตรที่มีอยู่ได้โดยไม่รั่วซึม
3. มีขนาดความจุ 200 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
 - 4.2 บรรจุ 1,000 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัชฎา ศิริศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ