

BQCL-G136/2567

BQCL-G136/2568

BQCL-G136/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Filter pipette tip, sterile, 100 µL, with box

1. เป็น Filter pipette tip มีลักษณะเป็นรูปกรวยปลายเรียวแหลม บรรจุอยู่ในกล่องที่มีช่องสำหรับเสียบ tip
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 เป็น Low retention หรือ Sample saving surface
 - 2.3 ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมบรรจุในกล่องแบบปราศจากเชื้อ
 - 2.4 สามารถใช้งานร่วมกับ Micropipette ที่มีอยู่ได้พอดีโดยไม่รั่วซึม
3. มีขนาดความจุ 100 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพผลการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของผลิตภัณฑ์ Lot ที่ส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งมอบ
 - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดสอบอย่างน้อย 20 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 4.3 บรรจุไม่น้อยกว่า 96 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




..... อนุกรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ