

BQCL-G138/2567

BQCL-G138/2568

BQCL-G138/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Microcentrifuge tubes, amber, 1.5 mL


1. เป็นหลอด Microcentrifuge แบบกันแหลมสีชา ฝาติดกับตัวหลอดสามารถปิดหลอดได้สนิท ไม่หลุดง่าย ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างและปั่นเหวี่ยง
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกสีชาชนิด Polypropylene
 - 2.2 มีขีดบอกปริมาตรด้านข้าง (Graduated หรือ Graduation marks)
 - 2.3 สามารถทนการปั่นเหวี่ยงได้ไม่น้อยกว่า 26,000 xG หรือไม่น้อยกว่า 20,000 RCF
 - 2.4 ปราศจาก RNase DNase และ Pyrogen หรือ Endotoxin
3. มีความจุประมาณ 1.5 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพผลการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของผลิตภัณฑ์ Lot ที่ส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันที่ส่งมอบสินค้า
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ