

BQCL-G145/2567

BQCL-G145/2568

BQCL-G145/2569


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
PCR tubes, flat cap, 0.2 mL


1. เป็นหลอดทดลองผนังบาง แบบก้นแหลม ฝาเรียบแบน (flat) ติดกับตัวหลอด สามารถปิดหลอดได้สนิทไม่หลุดง่าย สำหรับงานตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 ปราศจาก RNase DNase และ Pyrogen หรือ Endotoxin
3. มีขนาดความจุ 0.2 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพผลการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของผลิตภัณฑ์ Lot ที่ส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันที่ส่งมอบสินค้า
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)


..... รองประธานอนุกรรมการ (นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


..... อนุกรรมการ (นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


..... อนุกรรมการ (นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ (นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ