

BQCL-G162/2567

BQCL-G162/2568

BQCL-G162/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe membrane filter, PVDF Hydrophilic, 0.22 μ m, 13 mm

1. เป็นตัวกรอง สำหรับกรองสารละลายก่อนเข้าเครื่อง HPLC
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด Polyvinylidene Fluoride (PVDF) มีรูพรุนขนาด 0.22 ไมโครเมตร ตัว Housing ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 มีพื้นที่สำหรับกรองไม่น้อยกว่า 0.5 ตารางเซนติเมตร
 - 2.3 สามารถทนแรงดันขณะกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 bar
 - 2.4 สามารถใช้งานร่วมกับ Syringe ได้ โดยมีข้อต่อชนิด Female luer lock inlet ให้ยึดติดกับ Syringe
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ระบุชนิดแผ่นกรองและขนาดรูพรุนบนตัว Housing อย่างชัดเจน บรรจุในภาชนะมีฝาปิดสนิทและมีสารป้องกันความชื้น ข้างภาชนะมีฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ซื้อทดสอบอย่างน้อย 20 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 4.4 บรรจุไม่เกิน 100 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานอนุกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




อนุกรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



อนุกรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ชุดลงมติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๖๖



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๖๖



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ