

BQCL-G180/2567

BQCL-G180/2568

BQCL-G180/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Parafilm, 10 cm


1. เป็นพาราฟิล์ม หรือ Sealing film สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. ใช้สำหรับปิดภาชนะ เช่น beaker หรือ test tube
3. มีความยืดหยุ่น กันความชื้นได้ดี และทนต่อสารเคมี
4. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4 นิ้วหรือ 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 125 ฟุตต่อม้วน
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ