

BQCL-G183/2567

BQCL-G183/2568

BQCL-G183/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงพลาสติก, PP


1. เป็นถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมทำการ Sterilize ให้ปราศจากเชื้อ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติก Polypropylene ทนความร้อน
 - 2.2 บรรจุในห่อพลาสติกที่ปิดสนิท ปริมาณไม่น้อยกว่าห่อละ 0.5 กิโลกรัม
3. ขนาดตามรายละเอียดในใบเบิก
4. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)




..... อนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ