

BQCL-G197/2567

BQCL-G197/2568


BQCL-G197/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Membrane filter, Nylon, 0.45 μ m, 47 mm


1. เป็นแผ่นกรองวงกลม สำหรับกรองสารละลาย
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจาก Nylon มีรูพรุนขนาด 0.45 ไมโครเมตร
 - 2.2 มีค่า Bubble Point ไม่เกิน 42 psi
 - 2.3 น้ำสามารถไหลผ่านได้มากกว่า 60 มิลลิลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 5 psi
 - 2.4 สามารถ Autoclave ได้ที่อุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 135 องศาเซลเซียส
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร และมีความหนา 150 – 187 ไมโครเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 บรรจุ 100 แผ่นต่อกล่องในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ