

BQCL-G204/2567

BQCL-G204/2568

BQCL-G204/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Erlenmeyer flask, Narrow mouth, 500 mL

1. เป็นขวดรูปชมพู่ชนิดปากแคบ ขอบปากหนาทนต่อแรงกระแทก (Heavy Duty Rim หรือ Reinforced Beaded Top) มีแถบสำหรับเขียนรายละเอียด
2. ทำจากแก้ว Borosilicate
3. ขนาดความจุ 500 มิลลิลิตร พร้อมขีดบอกปริมาตรที่ด้านข้าง
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



.....รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขอฉบับนี้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ