

BQCL-G210/2567

BQCL-G210/2568

BQCL-G210/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Microcentrifuge tube, conical bottom, 1.5 mL

1. เป็นหลอด Microcentrifuge ชนิด conical bottom พร้อมฝาปิดติดกับตัวหลอด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 สามารถฆ่าเชื้อด้วย autoclave ได้
 - 2.3 สามารถทนการปั่นเหวี่ยงได้ที่ความเร็วรอบสูงสุด (RCF) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 x g
3. ขนาดความจุประมาณ 1.5 มิลลิลิตร และมีขีดบอกปริมาตรด้านข้างหลอด
4. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ