

BQCL-G214/2567

BQCL-G214/2568

BQCL-G214/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Graduated pipette, Blow out, 10 mL


1. เป็น Graduated pipette ชนิด Blow out ที่มีสัญลักษณ์ระบุไว้บนเครื่องแก้ว
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
  - 2.1 ทำจากแก้ว Borosilicate
  - 2.2 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน  $\pm 0.1$  มิลลิลิตร ที่ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 10 มิลลิลิตรและมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ไม่เกิน 0.1 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (Certificate of Analysis) ของผลิตภัณฑ์ Lot ที่ส่งมอบแนบมาพร้อมในวันที่ส่งมอบสินค้า
  - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ  
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ  
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ  
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)




..... อนุกรรมการ  
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ