

BQCL-G224/2567

BQCL-G224/2568

BQCL-G224/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Multichannel micropipette, 8 channels, 10 - 100 μ L, with stand

1. เป็น Pipette ชนิด 8 ช่องทาง สำหรับดูดและจ่ายสารละลาย ด้ามจับและส่วนล่างของเครื่อง
สวมติดกันแต่สามารถหมุนปรับได้ พร้อมทั้งวางแบบตั้งโต๊ะ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่ทนต่อสารเคมี พร้อมชุดปลดทิปในตัว (Tip ejector)
 - 2.2 สามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 0.2 ไมโครลิตร โดยแสดงค่าปริมาตร
เป็นตัวเลข
 - 2.3 มีค่าความเที่ยง (Precision หรือ Random error) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 เปอร์เซ็นต์
ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่าความแม่นยำ (Accuracy หรือ Systematic error) ผิดพลาด
ไม่เกิน ± 1.3 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
3. สามารถดูดและจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 10 - 100 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพและเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองผ่านการสอบเทียบ (Calibrated certificate) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานอนุกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภาพชัย)




รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




อนุกรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



อนุกรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๖๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๖๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ