

BQCL-G230/2567

BQCL-G230/2568

BQCL-G230/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Filter pipette tip, sterile, 1,000 μ L, with box


1. เป็น Filter pipette tip มีลักษณะเป็นรูปกรวยปลายเรียวแหลม บรรจุอยู่ในกล่องที่มีช่องสำหรับเสียบ tip
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วพร้อมการบรรจุแบบปราศจากเชื้อ
 - 2.3 สามารถใช้งานร่วมกับ Micropipette ที่มีอยู่ได้พอดีโดยไม่รั่วซึม
3. มีขนาดความจุ 1,000 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 4.2 บรรจุไม่น้อยกว่า 60 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ