

BQCL-G239/2567

BQCL-G239/2568

BQCL-G239/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric flask, Class A, amber, 5 mL


1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลาย พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
 - 2.2 ขวดทำจากแก้ว Borosilicate สีชา ส่วนจุกปิดทำจากแก้วหรือ Polyethylene (PE) หรือ Polypropylene (PP) หรือ Teflon ที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน
 - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limits หรือ Accuracy limits) ไม่เกิน ± 0.025 มิลลิลิตร
3. ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1042 หรือ ASTM E288
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)




..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัชฎา ศิริศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๖๖๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๖๖๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ