

BQCL-G256/2567

BQCL-G256/2568

BQCL-G256/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Dispenser, 1 - 10 mL

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุกปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือมีระบบวาล์วเพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอกและมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีค่า Accuracy ที่ผิดพลาด (Inaccuracy หรือ Systematic error) ไม่เกิน ± 0.5 เปอร์เซ็นต์และมีค่า Precision ที่ผิดพลาด (Imprecision หรือ Random error หรือ %CV) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์
 - 2.2 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตร (Subdivision, Separation, Graduation) ไม่เกิน 0.2 มิลลิลิตร
 - 2.3 สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic solvent) ได้
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 1 - 10 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ