

BQCL-G267/2567

BQCL-G267/2568

BQCL-G267/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Membrane filter, cellulose nitrate, pore size 0.45 µm, diameter 47 mm, sterile


1. เป็นแผ่นกรองวงกลมสีขาวมี Grid สีเทาหรือสีดำ สำหรับกรองเชื้อแบคทีเรีย (cell retention) หรือ Bacteria challenge test ในตัวอย่างน้ำหรือ Aqueous solution
2. ทำจาก Cellulose nitrate หรือ Mixed cellulose ester หรือ Polyestersulfone (PES) มีรูพรุนขนาด 0.45 ไมโครเมตร
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วและบรรจุอยู่ในซอง แต่ละชั้นแยกจากกัน
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิตของสินค้า Lot ที่ส่งมอบ แนบมาพร้อมกับสินค้าในวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 4 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ