

BQCL-G269/2567

BQCL-G269/2568


BQCL-G269/2569


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Pipette tip, 100 - 1,000 µL


1. เป็น Pipette tip มีลักษณะรูปกรวยปลายเรียวแหลม
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 สามารถใช้งานร่วมกับ Micropipette ที่มีอยู่ได้โดยไม่รั่วซึม
3. มีขนาดความจุ 100-1,000 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 4.2 บรรจุ 1,000 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ