

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe membrane filter, PTFE, pore size 0.45 μ m, diameter 13 mm

1. เป็นตัวกรอง สำหรับกรองสารละลายก่อนเข้าเครื่อง HPLC
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด Polytetrafluoroethylene (PTFE) มีขนาด (pore size) 0.45 ไมโครเมตร ตัว Housing ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene แบบไม่มีสี
 - 2.2 มีพื้นที่สำหรับกรอง (Filtration area) ไม่น้อยกว่า 1.0 ตารางเซนติเมตรและมีปริมาตรคงค้างไม่เกิน 30 ไมโครลิตร
 - 2.3 สามารถทนความดันขณะกรองได้ไม่น้อยกว่า 75 psi
 - 2.4 สามารถต่อเข้ากับ Syringe ได้ โดยมีข้อต่อชนิด Female luer lock inlet และ Male luer outlet ให้ยึดติดแน่นกับ Syringe
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ระบุชนิดแผ่นกรองและขนาด pore size ของ membrane บนตัว housing อย่างชัดเจน บรรจุในภาชนะมีฝาปิดสนิทและมีสารป้องกันความชื้น ข้างภาชนะมีฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 20 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




..... อนุกรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ