

BQCL-G276/2567

BQCL-G 276/2568

BQCL-G276/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe membrane filter, Nylon, pore size 0.45 µm, diameter 13 mm


1. เป็นตัวกรอง สำหรับกรองสารละลายก่อนเข้าเครื่อง HPLC
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
  - 2.1 เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด Nylon มีขนาด (pore size) 0.45 ไมโครเมตร ตัว Housing ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene หรือ Polyethylene
  - 2.2 สามารถต่อเข้ากับ Syringe ได้ โดยมีข้อต่อให้ยึดติดแน่นกับ Syringe
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
  - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
  - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  - 4.3 บรรจุในกล่องมีฝาปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ  
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ  
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ  
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ  
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ