

BQCL-G300/2567

BQCL-G300/2568

BQCL-G300/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Stainless steel rack ขนาด 2 x 5 ช่อง ขนาดช่องภายใน 35 x 35 มิลลิเมตร

1. เป็น Rack ทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยตะแกรง 3 ชั้น ชั้นบนและชั้นกลาง แบ่งเป็นช่องลักษณะ 2 x 5 ช่อง ตะแกรงชั้นล่างมีความถี่ที่สามารถรองรับหลอดไม่ให้ร่วงหล่นได้
2. ทำจากอลูมิเนียมชุบผิวมัน เส้นลวดโครงนอกหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร เส้นลวดโครงในมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ยึดติดกันแน่นหนาแข็งแรง โดยด้านข้าง 4 ด้าน มีลวดสแตนเลสลักษณะเป็นรูปโค้งยึดติดแน่นกับตะแกรงทั้ง 3 ชั้น
3. มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 70 x 175 x 40 มิลลิเมตร และช่องสำหรับใส่หลอดชั้นบนและชั้นกลางมีขนาดภายในประมาณ 35 x 35 มิลลิเมตร
4. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ