

BQCL-G320/2567

BQCL-G320/2568


BQCL-G320/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Single channel micropipette, fully autoclavable, 2 - 20 μ L

1. เป็น pipette ชนิดช่องทางเดียว สำหรับดูดและจ่ายสารละลาย
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่ทนต่อสารเคมี พร้อมชุดปลดทึบในตัว (tip ejector)
 - 2.2 สามารถนำเข้า Autoclave ได้ทั้งตัวโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วน
 - 2.3 สามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 0.02 ไมโครลิตร โดยแสดงค่าปริมาตรเป็นตัวเลข
 - 2.4 มีค่าความเที่ยง (precision หรือ random error) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.06 ไมโครลิตร หรือ ± 0.3 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร และมีค่าความแม่นยำ (accuracy หรือ systematic error) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.2 ไมโครลิตร หรือ ± 1.0 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร
3. สามารถดูดและจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 2 - 20 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพและเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองผ่านการสอบเทียบ (calibrated certificate) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๙




..... ประธานอนุกรรมการฯ เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ