

BQCL-G352/2567

BQCL-G352/2568

BQCL-G352/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยาดตรวจสารพันธุกรรมของสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยเทคนิค real-time PCR

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของสัตว์เคี้ยวเอื้องในตัวอย่างอาหารหรืออาหารสัตว์ด้วยเทคนิค real-time PCR
2. ใน 1 ชุด อย่างน้อยประกอบด้วย
 - 2.1 น้ำยาสำหรับทำปฏิกิริยา PCR (basic mix หรือ master mix general)
 - 2.2 Oligo mix หรือ ruminant master mix
 - 2.3 สารควบคุมปฏิกิริยาบวก (positive control)
 - 2.4 เอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 มีการตรวจวัดสัญญาณการเกิดปฏิกิริยา PCR ด้วยสารเรืองแสงชนิด FAM
 - 3.2 สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของสัตว์เคี้ยวเอื้อง อย่างน้อยประกอบด้วย วัว (*Bos taurus*) แกะ (*Ovis aries*) แพะ (*Capra hircus*) กวาง (*Cervus elaphus*) และ *Capreolus*) ที่ระดับ 0.01 เปอร์เซ็นต์ได้
4. เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่บริษัทกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (certificate of analysis) ของ lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 5.2 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 5.3 ชุดทดสอบต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ประธานอนุกรรมการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ