

BQCL-G360/2567

BQCL-G360/2568

BQCL-G360/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดดักแก๊ส (Durham's tube)


1. เป็นหลอดแก้วใสขนาดเล็กก้นกลม สำหรับดักแก๊สในงานจุลชีววิทยา
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากแก้ว Borosilicate
 - 2.2 สามารถฆ่าเชื้อด้วย autoclave ได้ ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว ประมาณ 6 x 50 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 4.2 บรรจุในกล่อง มีฉาตรองเพื่อป้องกันการแตกหัก
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM E438 Type I
 - 4.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ระบุหมายเลขชุดของการผลิต (lot number) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ