

BQCL-G380/2567

BQCL-G380/2568

BQCL-G380/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Multichannel micropipette, 12 channels, 0.5 - 10 μ L, with stand

1. เป็น pipette ชนิด 12 ช่องทาง สำหรับดูดและจ่ายสารละลาย พร้อมที่วางแบบตั้งโต๊ะ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ตัวเครื่องสามารถนำไปนิ่งมาเชื่อมต่อ
 - 2.2 สามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 0.01 ไมโครลิตร โดยแสดงค่าเป็นตัวเลขหรือขีดบอกปริมาตร
 - 2.3 มีค่าความเที่ยง (precision หรือ random error) ผิดพลาดไม่เกิน 1.2 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มีค่าความแม่นยำ (accuracy หรือ systematic error) ผิดพลาดไม่เกิน 2.0 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร
3. สามารถดูดและจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 0.5 - 10 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานอนุกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




อนุกรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



อนุกรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ