

BQCL-G391/2567

BQCL-G391/2568

BQCL-G391/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Graduated pipette, Class A, 0.5 mL


1. เป็น Graduated pipette
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A หรือ Class AS
 - 2.2 ทำจากแก้ว Borosilicate หรือ Soda-lime
 - 2.3 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน ± 0.006 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 0.5 มิลลิลิตร และมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ไม่เกิน 0.01 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) หรือใบรับรองคุณภาพการผลิต (Certificate of Conformity) ของ Lot ที่ส่งมอบจากผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันที่ส่งมอบสินค้า
 - 4.2 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM E1293 หรือ ISO 835
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ