


BQCL-G417/2567

BQCL-G417/2568

BQCL-G417/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกสแตนเลสพร้อมฝาปิดสำหรับใส่ Forceps

1. เป็นกระบอกสแตนเลสทรงกระบอกพร้อมฝาปิด สำหรับใส่ Forceps เพื่อฆ่าเชื้อโดยวิธีอบแห้ง
2. กระบอกและฝาปิดทำจากโลหะสแตนเลส
3. กระบอกและฝาปิด มีช่องระบายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร อย่างน้อย 2 ช่อง (ดังรูป) สำหรับเปิดให้ลมร้อนเข้าออกเวลาอบฆ่าเชื้อและสามารถหมุนฝาปิด เพื่อปิดช่องระบายอากาศเมื่ออบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ฝาปิดสามารถปิดตัวกระบอกได้พอดี และไม่แน่นจนเกินไป
4. ตัวกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร สูงประมาณ 18 เซนติเมตร และฝาปิดมีความสูงประมาณ 8 เซนติเมตร
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69







(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สุกุล)


ประธานอนุกรรมการ


ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)


รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


อนุกรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


อนุกรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สุกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สุกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ