

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dry Heat Indicator Labels

BQCL-M062/2567

BQCL-M062 / 2568

BQCL-M062 / 2569

1. เป็นฉลากสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแห้งของเครื่อง Hot Air Oven
2. อ่านผลการตรวจสอบจากการเปลี่ยนแปลงสีของแถบสารเคมีที่อยู่บนฉลาก
3. ขนาดบรรจุ 1,000 ฉลาก / ม้วน
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 ขนาดของฉลากมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.8 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.7 เซนติเมตร หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
 - 4.2 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1.5 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.3 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....อนุกรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรัชชียา คติการ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ