

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Autoclave Indicator Tape ขนาด 3/4 นิ้ว

BQCL-M063/2567

BQCL-M063/2568

BQCL-M063/2569

1. เป็นแถบทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Chemical Indicator สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำของเครื่อง Autoclave ติดกับผิววัสดุที่นำเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยไม่หลุด
2. สีของแถบที่อยู่บนเทปจะเปลี่ยนเมื่อผ่านความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฆ่าเชื้อ
3. ขนาดของม้วนความกว้าง 18-19 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร
4. บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานอนุกรรมการ (นางสาววันทนา จันทรมงคล)
.....อนุกรรมการ (นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรัชชียา คติการ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ