

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จานเพาะเชื้อพลาสติก (Disposable Petri dish) ขนาด 90 มิลลิเมตร

1. เป็นจานเลี้ยงเชื้อใส สามารถมองเห็นอาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อชัดเจน แผ่นผิวจานเพาะเชื้อด้านบนเป็นผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน
2. ทำจากพลาสติกชนิดโพลีสไตรีนหรือ Polystyrene และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส
3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 89 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ถึงไม่เกิน 16.2 มิลลิเมตร
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 ฝาปิดด้านบนมี VENT สำหรับช่วยระบายอากาศอย่างน้อย 3 ซีด
 - 4.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่ากล่องละ 500 คู่
 - 4.3 บรรจุในถุงพลาสติก จำนวนไม่เกิน 20 คู่ต่อถุง
 - 4.4 มีน้ำหนักต่อเพลทไม่น้อยกว่า 16.10 กรัม
 - 4.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ระบุหมายเลขชุดของการผลิต (lot number) และวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.6 ชุดส่งมอบต้องเป็นชุดเดียวกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบและผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น และเป็นชุดการผลิตเดียวกันทั้งหมด และในกรณีส่งของเป็นงวดซึ่งไม่เป็นชุดการผลิตเดียวกันต้องมีการนำตัวอย่างมาให้ทดสอบซึ่งผลที่ได้ต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าผลการทดสอบเดิม
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....รองประธานอนุกรรมการอนุกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล) (นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....รองประธานอนุกรรมการ
(นางสาวรัชชียา คติการ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568 (นางสาวกิตติลักษณ์ ไฉ่เลี้ยง)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ