

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นทดสอบระบบสุญญากาศ (Vacuum) ของเครื่อง Autoclave

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสภาพสุญญากาศของเครื่อง Autoclave เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมี (chemical indicator) ที่เปลี่ยนสีได้หรือเปลี่ยนจากสีฟ้าหรือสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำ เมื่อเครื่อง Autoclave สร้างสภาพสุญญากาศได้ที่อุณหภูมิ 132-134 องศาเซลเซียส นาน 3.5-4 นาที
2. มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อบรรจุภัณฑ์
3. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ช่างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
4. บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานอนุกรรมการ (นางสาววันทนา จันทรมงคล)
.....อนุกรรมการ (นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....อนุกรรมการ (นางสาวรังษิยา คติกร)
.....อนุกรรมการ (นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม่เลี้ยง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2567

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ