

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หลอดทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่อง Autoclave โดยวิธี Biological Test

1. เป็นหลอดสำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่อง autoclave ที่ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที
2. สามารถใช้งานโดยนำหลอดทดสอบเข้า autoclave ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อตาม กระบวนการปกติ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ทิ้งหลอดทดสอบให้เย็น แล้วสามารถนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 58 ถึง 62 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 หรือ 48 ชั่วโมงได้ การแปลผลโดยดูการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ
3. ภายในหลอดประกอบด้วย
 - 3.1 สปอร์ของเชื้อ *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 จำนวนไม่ต่ำกว่า 1.0×10^5 CFU/ 0.215"x0.75" paper strip หรือ spores/unit หรือ spore/vial
 - 3.2 อาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมกับ indicator
 - 3.3 ขนาดที่บรรจุไม่น้อยกว่า 100 หลอดต่อกล่อง
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 อายุการใช้งานนับจากวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ได้มาตรฐานตาม USP
 - 4.3 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาในวันที่ส่งสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานอนุกรรมการอนุกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล) (นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไฉ่เลี้ยง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ