

BQCL-T037/2567

BQCL-T037/2568

BQCL-T037/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Helium gas, UHP for GC

1. เป็นก๊าซฮีเลียมที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.999%
2. บรรจุในท่อขนาดไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร มีความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi มีวาล์วของท่อก๊าซเป็นชนิด CGA 580 และท่อที่ใช้บรรจุต้องเป็นของผู้ขายซึ่งจะได้รับคืนหลังจากใช้เนื้อก๊าซหมดแล้ว
3. มีปริมาณปนเปื้อนอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
  - 3.1 มีปริมาณออกซิเจนไม่เกิน 3 ppm
  - 3.2 มีปริมาณความชื้นไม่เกิน 3 ppm
4. ต้องมีใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อก๊าซ (certificate of analysis) ประจำทุกท่อ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานอนุกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

อนุกรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


อนุกรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ