

BQCL-T043/2567

BQCL-T043/2568

BQCL-T043/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Nitrogen gas, UHP, 99.999%

1. เป็นก๊าซไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.999%
2. บรรจุในท่อก๊าซ มีปริมาณเนื้อก๊าซไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่า มีความดันไม่น้อยกว่า 2000 psi วาล์วท่อก๊าซเป็น ชนิด CGA 580 โดยท่อที่ใช้บรรจุต้องเป็นของผู้ขายซึ่งจะได้รับคืนหลังจากใช้เนื้อก๊าซหมดท่อแล้ว
3. มีปริมาณปนเปื้อนอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ปริมาณออกซิเจนไม่เกิน 3 ppm
 - 3.2 ปริมาณความชื้นไม่เกิน 3 ppm
4. มีใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพเนื้อก๊าซ (certificate of analysis) ประจำทุกท่อ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานอนุกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

นาง


รองประธานอนุกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



อนุกรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



อนุกรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

โฆษณานนท์

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖9



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ